



Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky:	139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
Interní číslo veřejné zakázky:	18/9615/139
Název programu:	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu:	Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
Registrační číslo projektu:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553

Vážení účastníci,

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

„Vaše aktuální zadání VŘ s názvem „139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)“ v porovnání s Vaším předchozím zrušeným VŘ s názvem „037_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti“ obsahuje nový požadavek, aby všechny komponenty byly od stejného výrobce. Jako důvod uvádíte kompatibilitu jednotlivých prvků a servis. Servis zajišťuje dodavatel celého systému nezávisle na výrobci a jednotlivé požadované přístroje jsou v drtivé většině na sobě nezávislé. Kritické může být pouze ovládání oddělovací sítě (LISN) za pomoci frekvenčního analyzátoru (EMI přijímače). Komunikaci mezi těmito dvěma přístroji lze ale zajistit, aniž aby se jednalo o výrobky stejného výrobce. Odůvodnění tohoto požadavku jakož i požadavek samotný tedy nepovažujeme za relevantní. Rádi bychom se Vás zeptali, zda nesplnění tohoto požadavku povede k vyloučení uchazeče? Pokud ano, tak považujeme tento požadavek za diskriminační, který zvýhodňuje pouze jednoho uchazeče.“

Odpověď č. 1:

Trváme na podmínce jednotlivých komponent od jednoho výrobce, neboť ze zkušeností vyplývá, že např. spolupráce mezi frekvenčním analyzátozem (EMI přijímačem) a signálním generátorem od různých výrobců nelze dosáhnout vlastnosti tracking generátoru, tedy synchronního rozmitání generátoru s vyhodnocením signálu v přijímači v reálném čase, obdobně jako při použití vnitřního tracking generátoru. Ovládání generátoru pomocí sběrnic typu USB, LAN apod. neumožní synchronní rozmitání generátoru s rozmitáním RBW filtru analyzátoru, a tedy frekvenční analýza je v několika řádech pomalejší. Tím se samozřejmě mnohonásobně degradují vlastnosti analyzátoru. Je nutná přímá vazba (nejlépe analogově-digitální) mezi analyzátozem a generátorem. Obdobné obavy existují i při komunikaci mezi frekvenčním analyzátozem a oddělovací sítí. S komponenty od jednoho výrobce je zajištěna bezchybná komunikace mezi jednotlivými prvky sestavy. Celý systém by měl mít reprezentativní výukovou sestavou - domníváme se, že by měl být vyvážený a neměl by být „slepen“ z komponent o různé technické úrovni od různých výrobců. Také lze konstatovat, že v žádném případě tato podmínka nezvýhodňuje pouze jednoho uchazeče.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky zůstávají beze změny, není prodloužena lhůta pro podání nabídek.

V Liberci dne 29. 06. 2018

za zadavatele:
Ing. Kateřina Vaškovská

