

[hlavní stránka](#) » [veřejné zakázky](#) » [016_Ve_HyHi_Vakuová komora s regulací teploty](#) »
Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Odeslaná zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení	016_Ve_HyHi_Vakuová komora s regulací teploty
Příjemce	Všichni (včetně veřejnosti)
Datum	19.02.2019 12:33:01
Předmět	Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Prosím o zprávu, zda je nutné přesně dodržet:

1. Užitná plocha roštu: 480 x 470 mm – nabízíme 460 x 506 mm
2. Maximální vnější rozměry komory: 900 x 750 x 750 mm (š.v.hl) – nabízíme 740 x 900 x 670 mm (š.v.hl.)

sdělujeme odpověď:

Zadavatel mění zadávací dokumentaci v části 2. Předmět veřejné zakázky.

Nadále požaduje rozměry:

1. užitná plocha roštu min. 460x460cm
2. maximální vnější rozměry komory 900x900x800cm (š, v, h)

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 22. 3. 2019 do 10:00 hodin. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele: Jitka Loudová

Elektronický podpis:

Tato zpráva nebyla elektronicky podepsána.

[Přístupy ke zprávě](#)

[navigace](#) | [obsah](#)

- 2006 – 2019 © Technická univerzita v Liberci
- [Prohlášení o přístupnosti](#)
- [Cookies](#)
- [Manuály](#)
- [QCM - o software](#)