

Odeslaná zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení	<u>184_KV_ERDF_Termostat (FZS_017)</u>
Příjemce	Všichni (včetně veřejnosti)
Datum	31.10.2019 09:00:13
Předmět	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,

V rámci této veřejné zakázky obdržel zadavatel dotaz, viz níže. Na tento dotaz zadavatel uvádí následující odpověď:

Dotaz:

V požadovaných technických specifikacích pro inkubátor s třepáním zadavatel požaduje -Regulace teploty RT-15°C až +80°C. Rádi bychom nabídli třepaný inkubátor, který by měl teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí RT-15 °C až 60 °C, což je pro většinu standardních kultivací dostatečný rozsah.

Odpověď:

Ano, můžeme akceptovat přístroj, který má rozsah teplot min. -15°C od okolí až +60°C.

Z důvodu výše uvedeného vysvětlení prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 13.11.2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská

Elektronický podpis:

Jméno: Ing. Kateřina Vaškovská

E-mail: katerina.vaskovska@tul.cz

Organizace: Technická univerzita v Liberci

Vydavatel: První certifikační autorita, a.s., I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016