

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, Liberec

IČ: 467 47 885

vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**139_Měřicí přístroje, AP I**“ uveřejněné dne 10. 10. 2012.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název: Technická univerzita v Liberci
Sídlo: Studentská 2, 461 17 Liberec
IČ: 46747885
Jednající: rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č.1:

„Dobrý den,
mám dotaz k výběrovému řízení "139_ Měřicí přístroje, AP9 I", konkrétně k části 2. Můj dotaz se týká přesnosti. Přesnost multimetrů je dána jednak procentuálně (v tomto případě 0,05%), jednak počtem posledních digitů. Rád bych uvedl příklad: Mějme dva multimetry, jeden s přesností 0,06% + 2digity a druhý s přesností 0,03% + 20 digitů. První multimetr neodpovídá parametrům výběrového řízení i přesto, že je v absolutní chybě přesnější než multimetr druhý, který již parametrům odpovídá. Chci se tedy zeptat, jestli je možné nabídnout multimetr s přesností 0,06% + 2 digity, který ostatními parametry vyhovuje.

S pozdravem

Ing.PetrPospíšil“

sdělujeme odpověď:

Požadujeme multimetr s rozlišením displeje 4,5 digitu a přesností měření DCV 0.05% nebo lepší.

V Liberci dne 22.10.2012



Za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

