

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885
vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „198_Plynotěsná pec s možností provozu s různými typy atmosfér“ uveřejněné dne 23. 10. 2012.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo:	Studentská 2, 461 17 Liberec
IČ:	46747885
Jednající:	rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č. 1:

„Požadavkům na vzduch, vakuum, přetlak 200mbar, atmosférou hořlavých plynů (metan, etan, zemní plyn, H₂ apod.) a rozložení teploty +/- 5°C vyhovuje pec VHT se studenou stěnou retorty, která je ve významně vyšší cenové relaci než je uvažovaná hodnota zakázky. Je možné z tohoto důvodu zvýšit předpokládanou hodnotu zakázky na cca. 4,2 mil Kč bez dph ke splnění všech tech. požadavků?“

sdělujeme odpověď:

*„Cenu uvedenou ve výzvě k výběrovému řízení nejsme schopni navýšit na Vámi zmíněnou cenu. Cena uvedená ve výzvě je cenou předpokládanou, tudíž by se výsledná cena zakoupeného zboží neměla výrazně lišit. Cena za poptávané zařízení **nesmí přesáhnout 900 000,- Kč bez DPH**“*

k dotazu č. 2:

„Pokud nebude, pak připadá v úvahu varianta trubkové pece RS s horší specifikací bez hořlavých plynů. Disponuje provozem ve vzduchu ve vakuu, možnost přetlaku 35mbar, atmosféru nehořlavých plynů (N₂, Ar), vnitřní průměr trubice: 150mm, délka 1480mm, délka homogenního pole 250 mm s rozložením tepla dT 10, bez hořlavých plynů (bezpečnostní balíček pro hořlavé plyny lze k této peci také osadit, ale sám cenově vychází na cca. hodnotu celé zakázky).“

sdělujeme odpověď:

„Ve vašem dotazu je zmíněný vodík, který nepožadujeme, ale aplikace uhlovodíkových plynů je pro naši práci nezbytná“

V Liberci dne 26. 10. 2012



Za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

