



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 008_Lo_ERDF 1_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování_FZS 011

Interní číslo veřejné zakázky: 21/9615/008

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553

Vážení účastníci,

k dotazu:

Dobrý den, prosíme o podání vysvětlení k VZ - 008_Lo_ERDF 1_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování_FZS 011

V části Předmět zakázky: Přístroj pro výrobu nanovláknenných materiálů pomocí elektrostatického zvlákňování jsou zmatečně definovány Max. požadavky, které u přístroje jsou požadovány

Dotaz číslo 1.: Co je myšleno odrážkou - přívod filtrovaného tlakového vzduchu 4 bar. Definuje tato odrážka možnost, respektive kompatibilitu připojení poptávaného zařízení pro tlakový vzduch o hodnotě 4 barů nebo je předmětem plnění i zdroj tlakového filtrovaného vzduchu.

Dotaz číslo 2.: Co je myšleno odrážkou - odtah vzduchu 100 mm trubicí s průtokem min 8 m³/hod. Definuje tato odrážka možnost, respektive kompatibilitu připojení poptávaného zařízení pro připojení externího aktivního odtahu s průtokem 8 m³/hod vedeného hadicí o průměru 100 mm nebo je předmětem plnění i dodávka/řešení aktivního odtahu k zařízení dle definovaného průtoku.

Dotaz číslo 3.: Co je myšleno odrážkou - zemnicí kabel. Definuje tato odrážka možnost, respektive kompatibilitu připojení poptávaného zařízení pro připojení přídatného zemnění prostřednictvím PE vodiče nebo je předmětem plnění i dodávka ochranného PE vodiče.

sdělujeme odpověď:

Zadávací dokumentace část: Předmět zakázky: část Max. požadavky, které u přístroje požadujeme – jsou vyjmenovány technické požadavky na prostor a technické zařízení budovy, které je možné u přístroje maximálně akceptovat. Tedy požadavky, u kterých předpokládáme, že je budeme muset z naší strany splnit, aby zařízení správně fungovalo. Nejsou tedy předmětem plnění.

Dotaz číslo 4.: V části Emitory a kolektory jsou v odrážce - „materiál emitůrů PEEK, PP nebo POM (pro kontakt s roztokem) jako materiály emitůru pro styk s roztokem“ vypsány materiály PEEK,PP nebo POM nicméně v případě plnění odrážek níže, tj. u jedno-jehlového emitůru, dvou-jehlového





emitoru (2 různé roztoky) a koaxiálního emitoru (2 různé roztoky) je běžně využíváno řešení, kdy jsou emitory celokovové, resp. výše zmiňovaných materiálů je využíváno pouze u částí, které nejsou v přímém kontaktu s roztokem a nelze tak tento požadavek dodržet. Je přípustným materiálem pro výše zmiňované typy elektrod také nerezavějící ocel jakosti AISI 304?

sdělujeme odpověď: ANO, je přípustným materiálem.

5) Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

V souvislosti s tím zadavatel upravil obchodní a smluvní podmínky a přikládá aktualizovanou přílohu č. 2 – Návrh smlouvy

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 26. 2. 2021 do 09:00 hodin**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele: Jitka Loudová

Příloha č. 2 – aktualizovaný Návrh smlouvy

