

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 060_JZ_ERDF2_Přístrojové laboratorní vybavení pro pokročilou simulaci FVE a bateriových uložišť a softwarové licence pro pokročilou simulaci FVE a bateriových uložišť (IIFS_002, IIFM_025)

Interní číslo veřejné zakázky: 22/9615/060

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel dne 21.06.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vážený zadavateli,
chtěli bychom Vás požádat o zodpovězení následujících dotazů, které se týkají technického zadání veřejné zakázky výše uvedeným názvem:

1.



Tabulka 6: Precizní kalibrátor zdrojů a bateriových simulátorů

Parametr	Specifikace
technologie	precizní kalibrátor AC a DC pro současné měření napětí a proudu s izolovaným výstupem
napájecí napětí	230 Vac, 1ph, 50 Hz
rozlišení a zobrazení	$\geq 6 \frac{1}{2}$ digit (proud i napětí)
parametry měření DC proud	$\geq 0\sim 300$ A, ≥ 4 měřicí rozsahy, $\leq \pm 0,01 + 0,005$ do 30 A,

Splníme Výše uvedené zadání 1 fázovým wattmetrem, přesností výše uvedenou?

Jestliže ne, jaké funkce požadujete navíc?

2. Můžete zkontrolovat zadání

parametry měření True RMS AC napětí	$\geq 0\sim 600$ V, ≥ 4 měřicí rozsahy s $\geq 45\sim 400$ Hz $\leq \pm 0,5 + 0,05$ do 30 A, $\leq \pm 0,5 + 0,05$ do 300 A, (accuracy: % of reading + % of range)
-------------------------------------	---

A upřesnit zadání přesnosti pro rozsahy RMS AC napětí?

3. Lhůta pro plnění veřejné zakázky: do 31.10.2022

Můžete prodloužit lhůtu do 15.12.2022 z důvodu nedostatku dílů pro výrobu?

K tomuto zadavateli sděluje následující:

Odpověď na dotaz č. 1:

- 1) Precizní kalibrátor AC a DC pro současné měření napětí a proudu s izolovaným výstupem: pro účely této zakázky se rozumí zařízení, které obsahuje kompletní měřicí řetězec pro zajištění kalibrace požadovaných veličin. Tedy součástí zařízení jsou i precizní snímače proudu a napětí, kde přepínání měřicích rozsahů zařízení do 30 A proběhne automaticky, bez nutnosti měnit zapojení. Pouze pro rozsah do 300 A se předpokládá speciální terminál. U zařízení tohoto typu je standardem, že všechny komponenty jsou integrovány v jedné skříni formátu stolního měřicího přístroje.
- 2) Upraveny specifikace pro přesnost měření AC napětí viz příložený soubor Kalibrátor_specifikace.pdf
- 3) Lhůta pro plnění veřejné zakázky prozatím zůstává stejná.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek, a to do 07.07.2022 do 10:00.

V Liberci dne 22.06.2022

Za zadavatele Jan Žďárský