

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885
vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Nákup levelloggerů, barologgerů a příslušenství“ uveřejněné dne 15.6.2012.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo:	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ:	46747885
Jednající:	rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č.1:

U této položky: „levellogger (hladina včetně teploty a konduktivity)“ je možné řešit i dvěma přístroji?

sdělujeme odpověď:

ano, je to možné

k dotazu č.2:

Které veličiny si přejete logovat? Dle poptávky jen hladinu a teplotu.

sdělujeme odpověď:

všechny, tedy: hladinu (peizometrický tlak), teplotu, konduktivitu

k dotazu č.3:

Barologger si přejete na měření tlaku vzduchu?

sdělujeme odpověď:

ano, většina levelloggerů je řešena tak, že měří hydrostatický tlak v určité hloubce. Ale je pak potřeba znát aktuální atmosferický tlak pro korekci měřených hodnot

k dotazu č.4:

Skutečně je požadovaná přesnost měření hladiny 0,05%? Nejlepší radary mají např. max 0,1%.

Předpokládám ale, že požadujete hydrostatické měření hladin...kde nejlepší mají ± 0.25 % FS

sdělujeme odpověď:

přesnosti: hloubka 0,1%, teplota 0,1%, konduktivita 1%

k dotazu č.5:

Jaká je požadovaná přesnost měření? Běžně se udává např. ± 0.9 % °C.

sdělujeme odpověď:

teplota 0,1%

k dotazu č.4 a 5 sdělujeme dále:

standartní hodnoty, které mají levelloggery, které běžně používáme viz:

<http://www.ekotechnika.cz/ctd-diver-keramicky-hladinomer-teplomer-a-ec-metr>

V Liberci dne 20.6.2012



.....
Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová