

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885
vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Nákup levelloggerů, barologgerů a příslušenství“ uveřejněné dne 15.6.2012.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo:	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ:	46747885
Jednající:	rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č.4:

Skutečně je požadovaná přesnost měření hladiny 0,05%? Nejlepší radary mají např. max 0,1%. Předpokládám ale, že požadujete hydrostatické měření hladin...kde nejlepší mají $\pm 0.25 \% FS$

dále rozšiřujeme a upřesňujeme odpověď:

Původní text: přesnosti: hloubka 0,1%, teplota 0,1%, konduktivita 1%

Doplnění:

Jsou poptávány přístroje pro dvě měření:

- a) měření hloubky a teploty;
- b) měření hloubky, teploty, konduktivity;

Každé měření bude realizováno v 7 vrtech.

požadované přesnosti pro měření a):

- hloubka 0,05% z rozsahu, teplota $\pm 0,05^{\circ}C$

požadované přesnosti pro měření b):

- hloubka 0,1%, teplota 0,1%, konduktivita 1%

V Liberci dne 20.6.2012



.....
Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

