

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: **Mgr. Marie Křelinová**

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Název zakázky: 262_MK Zařízení pro měření tlaku pro KMP

Číslo veřejné zakázky: 13/9615/262

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce uveřejněné dne 4. 11. 2013.

Vážený uchazeči,

k dotazu č. 1:

Snímač tlaku

Rozsah 0...4 bar - relativní nebo absolutní?

Rozsah 0...100 bar - relativní nebo absolutní?

Výstup 0...10 V /3-vodič - může být s napájením 14 ... 36 V DC?

Provedení snímače standardní nebo třeba kalibrační list atd.?

Sdělujeme odpověď:

Rozsah 0...4 bar - **absolutní**

Rozsah 0...100 bar - **absolutní**

Výstup 0...10 V /3-vodič - **ANO, může. Lépe +/-5V out s napájením do 12V**

Provedení snímače standardní nebo třeba kalibrační list atd.? - **Možno dodat standartní provedení i kalibrační list. Preferujeme kalibrační list.**

k dotazu č. 2:

manometr ručičkový

Nevedeme, můžeme ale nabídnout manometr digitální DM 10 s keramickou membránou (zaleží na měřeném mediu).

Sdělujeme odpověď:

Akceptujeme i digitální manometr. Médiem musí být olej.

V Liberci dne 8. 11. 2013



Mgr. Marie Křelinová

