

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: **Mgr. Marie Křelinová**

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Název zakázky: 262_MK_Zařízení pro měření tlaku pro KMP
Číslo veřejné zakázky: 13/9615/262

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jsem rozhodl u uchazeče:

Obchodní firma: **CRESSTO s.r.o.**
Sídlo: Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 46578048

O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Důvod vyloučení:

Nabízené zařízení snímač tlaku TMG 547 Z3J A nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění. Zadavatel požadoval splnění parametru přesnost 0,1% FSO. Uchazeč ve své nabídce uvedl zařízení s přesností 0,5 % FSO a podal tak nevhodnou nabídku, neboť nenabídnul plnění v souladu se zadávací dokumentací.

Zadavatel dále požadoval záruční lhůtu min. 24 měsíců, dodací lhůtu max. 14 dní od doručení objednávky. Uchazeč ve své nabídce uvedl záruční lhůtu 12 měsíců, dodací lhůtu 3 týdny od doručení objednávky a podal tak nevhodnou nabídku, neboť nenabídnul plnění v souladu se zadávací dokumentací.

Z důvodu výše uvedeného byla nabídka vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.

V Liberci dne 15. 11. 2013


Mgr. Marie Křelinová