

V rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „Centrum pro rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“, reg. č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Č. jednací: 12/8100/0294 Vyřizuje: Michala Paseková Datum: 20.7.2012

Věc: Informace I. K výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Stěhování laboratoří TUL zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §21 odst. 1 písm. f) Zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ).

Požádala bych o zodpovězení otázek týkající se výše uvedené zakázky

1/ Termín odevzdání je posunut na 10.08.2012? **ANO**

2/ K bodu 4.3. jaké konkrétně prohlášení a na jaké ekonomické a finanční předpoklady má každá jednotlivá firma předložit? Jsou nějaké konkrétní limity o prohlášení u některých předpokladů?

Čestné prohlášení požadováno dle § 50 odst. 1 písm. c), žádné limity u tohoto prohlášení nejsou.

1.Seznamy, které byly aktualizovány, obsahují skutečně vše, co jsme viděli na prohlídce?

Seznamy jsou aktuální a závazné pro veřejnou zakázku.

2. Mají tyto seznamy přednost před tím,co jsme viděli a co bylo řečeno panem profesorem, který nás doprovázel v první části prohlídky?

Ano, seznamy jsou závazné pro veřejnou zakázku, jiné plnění nebude požadováno.

3. Je možné požádat o zaslání ceny specializovaných firem, které již Univerzita poptávala pro servis určitých strojů?

Seznam specializovaných firem přikládáme, slouží pouze pro informaci. Pokud uchazeč osloví jinou firmu, která bude deklarovat vzájemnou součinnost s dodavatelem zařízení, zadavatel bude akceptovat tuto spolupráci.

4. Je již zjištěna nosnost zámkové dlažby při vjezdu k nové budově?

Zatížení je uvažováno 10t na nápravu a 90 aut denně – kat. D1-D-1V.

5. Je již zjištěno, zda-li sklon je bezpečný pro jeřáb o hmotnosti 16-25 tun? (bez nákladu- unese až 20 tun).

Zhodnocení musí provést jeřábník, každý jeřáb má jiné parametry.

Kontakty a nabídky na stěhování a reinstalace specifických zařízení do budovy L vybranými firmami

Pracoviště: Katedra strojírenské technologie (KSP)

Lis vstřikovací Engel

Engel, Praha, Ing. Černý, odhad ceny cca 25.000,- Kč bez stěhování, pouze příprava na stěhování a uvedení do provozu.

Vstřikovací stroj ARBURG

Arburg, Černovická 40, 61800 Brno, Ing. Jiří Voleský, odhad ceny cca 45.000,- Kč bez stěhování, pouze příprava na stěhování a uvedení do provozu.

MLÝN STŘIŽNÝ

RETSCH – p. Polávka 603 547 119

Lis CBA 300

CHVALIS s. r. o. Velešická čp .54, 411 72 Hoštka odpojení a zprovoznění hydraulického systému, přepočtená práce + 200 l olej náplň, včetně dopravy 14 tis. + DPH + školní elektrikář

Nůžky strojní tabulové

Formetal s.r.o. Zahradní 467, 250 64 Měšice Telefon: +420 283 922 441 Fax: +420 283 922 442 Email: formetal@formetal.cz WWW: <http://www.formetal.cz> , cena včetně dopravy do 10 000,- Kč.
Kontaktní osoba: Petr Franc, servisní oddělení.

Lis CUP 25

CHVALIS s. r. o. Velešická čp .54, 411 72 Hoštka - výměna oleje, zprovoznění, přepočtená práce + 200 l olej náplň, včetně dopravy 9 tis. + DPH

S pozdravem