

Rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Lenka Matoušková

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Název zakázky: 154_LM_Klimakomora a termokamera pro KEZ

Evidenční číslo veřejné zakázky: 14/9615/154

Název projektu: „Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie“

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jsem rozhodl u uchazeče:

Obchodní firma: **"TMV SS" spol. s r.o.**

Sídlo: Studánková č.p. 395, 14900 Praha 4

IČ: 44849443

O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ z části 2 - termokamera

Důvod vyloučení:

Nabídka uchazeče č. E2 nesplnila technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a to konkrétně:

Rozlišení výsledného termogramu 1280x960 pixelů. Protože zadavatel požadoval termokameru o daných parametrech, má se tedy jednat o rozlišení na výstupu z termokamery. Kamera nabízená firmou TMVSS má rozlišení termogramu pouze 640x480 s tím, že požadovaného rozlišení je možné dosáhnout až následným zpracováním v přídatném software.

Nabídka uchazeče č. E2 rovněž nesplňuje podmínku přesnosti měření. V zadávací dokumentaci je absolutní přesnost $\pm 2\%$ v celém rozsahu. Uchazeč nabízí $\pm 2^\circ\text{C}$ nebo $\pm 2\%$.

Z důvodu výše uvedeného osoba odpovědná za zadavatele nabídku vyřadila z další účasti v zadávacím řízení.



Ing. Lenka Matoušková

V Liberci dne 23. 9. 2014

