

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: **Mgr. Marie Křelinová**

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Název zakázky:	089_MK_Spiroergometrická stanice
Číslo veřejné zakázky:	15/9615/089
Název projektu:	Technická podpora interdisciplinárních vzdělávacích a výzkumných aktivit studentů a zaměstnanců v Laboratoři sportovní motoriky

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce uveřejněné dne 11. 9. 2015.

Vážený uchazeči,

k dotazu č. 1:

S jakým software chcete komunikovat? V závislosti na software můžeme nabídnout technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení komunikace.

sdělujeme odpověď:

Máme vlastní patientský software, který podporuje BDT/GDT. Jiné komunikační protokoly nejsou naimplementovány.

k dotazu č. 2:

Nevíme, o jaké provedení běhacího pásu HP cosmos se jedná, prosíme o informaci z uživatelského manuálu, zdali má tento běhací pás komunikační protokol "trackmaster".

sdělujeme odpověď:

Pracoviště je vybaveno přístrojem H/P/Cosmos Pulsar. V manuálu není specificky uvedeno, že by podporoval komunikační protokol "trackmaster" (<http://www.h-p-cosmos.com/en/running-machines/pulsar/specifications.htm>)

k dotazu č. 3:

pedály s nastavitelnou osou otáčení - Prosíme o upřesnění, jakým způsobem má být osa otáčení nastavitelná.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel požaduje, aby bylo možné pozici pedálu na klice (tj. vzdálenost od pedálu od hlavního náboje kliky) měnit a tím zmenšovat nebo zvětšovat poloměr, ve kterém musí pacient šlapat (důležité pro pediatrické pacienty nebo pacienty nižšího věku).

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k podané dodatečné informaci **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 9. 2015 do 10:30 hodin.**

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 16. 9. 2015


Mgr. Marie Křelinová

