

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická univerzita v Liberci (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci níže uvedené veřejné zakázky zadávané v **otevřeném nadlimitním řízení podle § 3 písm. b) a § 56** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Součástí výzvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Název veřejné zakázky: 110_MK_JAK_Průtokový cytometr FT_005

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/110

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0008109

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Křelinová; tel.: +420 485 353 939; e-mail: zakazky@tul.cz

Profil zadavatele: <https://zakazky.tul.cz>

Obsah

1	Preambule.....	2
2	Předmět veřejné zakázky a technické podmínky	3
3	Maximálně přípustná nabídková cena.....	5
4	Termín a místo plnění veřejné zakázky	5
5	Lhůta a místo pro podání nabídek	5
6	Obchodní a platební podmínky	6
7	Požadavky na zpracování nabídkové ceny.....	6
8	Požadavky na prokázání kvalifikace	6
9	Požadavky na zpracování nabídky	7
10	Vysvětlení zadávací dokumentace	8
11	Zadávací lhůta	8
12	Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek.....	9
13	Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací	9
14	Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele	10

1 Preambule

Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je souborem dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících podrobnosti nezbytné pro vypracování a podání nabídek účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“) v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že se účastníci musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména ZZVZ.

Zadavatel též účastníky upozorňuje, že je povinen řídit se podmínkami stanovenými v rámci jednotlivých dotačních titulů, které mohou být přísnější než ZZVZ či jiné obecně platné normy. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky, které jsou stanoveny metodickým pokynem pro zadávací řízení pro Operační program Jan Amos Komenský a ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a dalších dokumentech, vztahujících se k dané předmětné zakázce.

Zadavatel rovněž upozorňuje na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a z toho důvodu požaduje, aby účastníci v nabídce předložili prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 3 ZD).

Zadavatel si je vědom zásady zadávání veřejných zakázek stanovené v § 6 odst. 4 ZZVZ a za účelem jejího naplnění mimo jiné požaduje, aby účastníci v nabídce předložili prohlášení k odpovědnému zadávání (příloha č. 3 ZD).

V zájmu předejití následných požadavků vybraného dodavatele na nepřípustné kroky či změny smlouvy si zadavatel dovoluje požádat účastníky, aby poté, co si prostudují zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vznášeli u zadavatele dotazy a připomínky ve vztahu k technické specifikaci a zadávací dokumentaci. Účastníkům se v jejich vlastním zájmu doporučuje, aby si při stanovení nabídkové ceny ve vztahu k její úplnosti a následnému nepřekročení prověřili, že jejich nabídková cena obsahuje také všechny její nedílné součásti.

2 Předmět veřejné zakázky a technické podmínky

Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.

Režim veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty: Nadlimitní veřejná zakázka

CPV kód: 38434510-4 Cytometry

Předmět veřejné zakázky:

PRŮTOKOVÝ CYTOMETR – 1ks

Minimální technické požadavky na parametry či funkce přístroje:

Průtokový cytometr – 4 laserový (pro high throughput analýzu fluorescenčních markerů na buněčných suspenzích a extracelulárních vezikulách). S ultrarychlým podavačem vzorků a s kontrolou rychlosti průtoku, volumetrickým měřením a nízkou ztrátovostí vzorků. Zařízení musí být schopno dosáhnout současně vysoké rychlosti průtoku a velkého rozlišení pro verzatilitu používání přístroje pro různé aplikace v rámci celé univerzity.

POPIS

Citlivost fluorescence – FITC: <40 MESF; PE: ≤ 10 MESF; APC: ≤ 10 MESF, Blue ≤ 30 MESF pro možnost detekce slabých signálů.

Citlivost rozptylu v bočním směru (SSC), rozlišení částic s velikostí minimálně od 100 nm na SSC. Přístroj musí mít fixní optiku nevyžadující seřizování operátorem.

Zacházení se vzorkem:

Přístroj musí umožňovat vrácení nezměřeného vzorku zpět do zkumavky/destičky.

Formáty vzorků: přístroj musí umožňovat nasát vzorek z 12x75 mm, 1.5 a 2 ml zkumavek, 96-jamkových destiček (včetně deepwell) a 384-jamkových destiček, které zadavatel používá ve své laboratoři. Požadujeme, aby přístroj disponoval nastavitelným mícháním vzorku u všech formátů, a aby umožňoval automaticky oplachovat vzorkovou sondu mezi vzorky (vnější i vnitřní oplach).

Přístroj musí zvládnout volumetricky měřit absolutní koncentraci částic ve vzorku bez nutnosti přidání dalších reagentů.

Excitace a výkony:

Přístroj musí disponovat alespoň 4 excitačními, prostorově oddělenými laserovými linkami s vlnovými délkami a minimálními výkony pro možnost měření všech běžně dostupných fluorochromů s vysokou citlivostí.

405 nm, 100 mW

488 nm, 100 mW

561 nm, 100 mW

633-647 nm, 100 mW

Počet detektorů:

Přístroj musí disponovat alespoň 16-ti kanály pro měření fluorescencí, v počtech 4, 4, 5, 3 pro excitace 405 nm, 488 nm, 561 nm, 633-647 nm

Formát dat:

Pro každý parametr musí být schopen měřit „peak“ „area“ (výška, plocha), alespoň 24 bit formát pro výšku a plochu (peak a area). Data musí být ukládána ve standardu FCS3.1

Rychlost měření:

Přístroj musí zvládnout alespoň 100 000 událostí za sekundu při zapnutí akvizice všech parametrů pro rychlý sběr dat a efektivní zpracovávání vzorků pro detekci velmi vzácných populací buněk.

Kontrola kvality:

Přístroj musí disponovat možností denní kontroly kvality měření vzorků podle vnitřního standardu (ideálně podle kalibračních kuliček).

Napájení:

Napájení ze standardní sítě pomocí 100-240 VAC, 50/60 Hz.

Přístroj nesmí vyžadovat připojení na externí zdroj stlačeného vzduchu.

Hnací kapalina a odpad:

Jako hnací kapalina musí sloužit deionizovaná voda se zásobníkem s kontrolou hladiny, odpad musí být jímán do odnímatelné nádoby s kontrolou hladiny.

Rozměry a hmotnost:

Přístroj nesmí překročit hmotnost 75 kg včetně plných zásobníků provozních kapalin.

Přístroj bude umístěn do laboratoře po stěhovací trase s maximální šířkou 80 cm. Rozměry přístroje tomu musí odpovídat.

Požadavky na hardware a software:

Zadavatel požaduje veškerý nezbytný ovládací hardware pro plné uživatelské užívání zařízení. Dodávka musí obsahovat nezbytný software, všechny nutné ovladače a licence ke zprovoznění přístroje, a to s platností všech provozně nezbytných licencí v souladu s Kupní smlouvou.

Další parametry:

Přístroj musí mít alespoň 16 nezávislých silikonových fotonásobičů (SiPM) detektorů pro sběr a procesování signálu z každého z 16 fluorescenčních kanálů.

Přístroj musí být upgradovatelný na 5laserovou konfiguraci (laser 349nm) s až 30 detektory.

Přístroj musí mít výměnné filtry, které zvládne vyměnit uživatel bez servisního zásahu.

Přístroj musí mít dynamický rozsah alespoň 7,2 log pro simultánní detekci slabých a silných signálů. Rychlost akvizice 96 jamkové destičky musí být pod 20 minut.

Splnění požadovaných parametrů uchazeč prokáže předložením protokolů o provedených zkouškách.

Záruka za jakost: min. 12 měsíců

Veřejná zakázka dále zahrnuje: dopravu do místa plnění, montáž, umístění a instalaci předmětu, zaškolení obsluhy v českém a anglickém jazyce, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti předmětu, přepravné a náklady na ekologickou likvidaci prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní

přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou a užíváním předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, uživatelskou příručku v češtině a angličtině, technickou podporu, záruční servis

Odůvodnění a účel, kterému má předmět veřejné zakázky sloužit:

Průtokový cytometr je přístroj, který umožní rychlou detekci a kvantifikaci různých typů buněk, které je schopen rozlišit nejen díky jejich velikosti (nutné pro rozlišení buněk bakteriálních od buněk lidských a to jak suspenzních imunitních, tak adherentních kožních, kostních nebo neuronálních), ale i díky jejich fluorescenčnímu značení (to umožní rozeznat ve vzorku buňky mrtvé a živé, buňky vykazující různý metabolismus nebo různé povrchové markery).

Přístroj bude využíván v rámcových tématech zaměřených na vývoj a testování elektroaktivních 3D nosičů, elektrickou stimulaci v tkáňovém inženýrství nebo na sledování antibakteriálních účinků hybridních nanomateriálů a nanovláknenných materiálů.

3 Maximálně přípustná nabídková cena

Maximálně přípustná nabídková cena (bez DPH): 5 690 000,- Kč

Nabídka, která **překročí** maximálně přípustnou nabídkovou cenu u předmětu veřejné zakázky, **nesplní** zadávací podmínky zadavatele a účastník tak bude v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ **vylouen**.

5

4 Termín a místo plnění veřejné zakázky

Termín pro plnění veřejné zakázky: do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Místo plnění veřejné zakázky:

Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

Třebízkého 1244/2

460 01 Liberec I – Staré Město

Budova T, 4. patro, C-04017 – Fluorescenční mikroskopie

5 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky lze podávat do **21. 11. 2023 do 10:00 hodin**.

Místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové adrese <https://zakazky.tul.cz/>.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

6 Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (**příloha č. 1 ZD**).

Návrh smlouvy:

Účastník vyplní pouze textová pole určená k vyplnění a vyplněný návrh smlouvy včetně příloh smlouvy přiloží k nabídce. Účastník není oprávněn provádět v návrhu smlouvy jakékoliv další změny.

V případě, že účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude vyloučen.

7 Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen v návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu ve struktuře:

- cena bez DPH,
- DPH (je-li relevantní),
- cena s DPH (je-li relevantní).

Nabídková cena musí obsahovat **veškeré náklady** na plnění veřejné zakázky a musí být stanovena jako cena **maximální**.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky.

V případě nabídkové ceny v cizí měně (tj. v jiné než v české koruně) bude nabídková cena převedena na českou korunu pro účely posouzení a hodnocení nabídek. Užit bude směnný kurz České národní banky platný ke dni zahájení zadávacího řízení.

8 Požadavky na prokázání kvalifikace

V souladu se ZZVZ zadavatel stanovuje následující požadavky na kvalifikaci, jejichž splněním se rozumí:

- a) prokázání základní způsobilosti;
- b) prokázání profesní způsobilosti;
- c) prokázání technické kvalifikace.

A. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v souladu s § 74 a § 75 ZZVZ.

B. Profesní způsobilost

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

- a) předložením **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

C. Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ:

- **seznam dokončených významných dodávek** obdobného charakteru (poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení **včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele**, přičemž za zakázku obdobného charakteru se považuje **dodávka předmětu na výzkumné pracoviště v oblasti biomedicínského výzkumu**; minimální úroveň pro splnění kritérií technické kvalifikace je stanovena na min. 2 zakázky na dodávku ve finančním objemu min. **2 300 000,- Kč** bez DPH za každou z nich.

Společná ustanovení pro kvalifikaci

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.
- Dodavatel v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá **kopie** požadovaných dokladů (tzv. prosté kopie) a **může** je v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ **nahradit písemným čestným prohlášením** (vzor viz příloha č. 2 ZD).
- V zájmu urychlení zadávacího řízení zadavatel doporučuje v nabídce předkládat kopie dokladů (v elektronické podobě).
- 7 • V případě, že byla **kvalifikace získána v zahraničí**, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení musí deklarovat neexistenci požadovaného dokladu dle příslušné legislativy a vlastní prohlášení o splnění požadavků, které by jinak byly prokazovány příslušným dokladem (např. čestné prohlášení o neexistenci rejstříku trestů a o tom, že dodavatel nebyl trestán).
- V případě **společné účasti účastníků** prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) **každý účastník samostatně**.
- Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník v souladu s § 88 odst. 1 ZZVZ povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

9 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v **českém jazyce**, případný popis technických parametrů je přípustný i v angličtině (uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky nad rámec požadavků zadavatele - např. dodatečné propagační materiály).

Zadavatel dále požaduje v nabídce předložit prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím (příloha č. 3).

Členění nabídky

Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto členění:

1. **Závazný návrh smlouvy** (viz příloha č. 1 ZD),
2. **Čestné prohlášení účastníka** nahrazující doklady o kvalifikaci (viz příloha č. 2 ZD), případně doklady prokazující splnění kvalifikace,
3. **Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím** (viz příloha č. 3 ZD),
4. Uvedení částí veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit **prostřednictvím poddodavatelů a seznam takových poddodavatelů**, pokud jsou účastníkovi známi (viz příloha č. 4 ZD).
5. **Textová část nabídky** (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje důležité pro posouzení),
6. **Případné další dokumenty.**

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel. Výčet dokumentů obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky.

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být **písemná** a musí být doručena buď prostřednictvím elektronického nástroje **E-ZAK**, nebo **elektronickou poštou** na e-mailovou adresu zakazky@tul.cz.

Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel může v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

11 Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje v souladu s § 40 ZZVZ zadávací lhůtu.

Zadávací lhůta činí 30 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po tuto dobu nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit.

12 Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč (bez DPH).

Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč (bez DPH).

V případě, že se při hodnocení nabídek umístí v pořadí dva či více účastníků na stejném místě, bude pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných účastníků. Účastníci budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

13 Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek u této veřejné zakázky posoudil a následně i vyhodnotil, zda je vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky vhodné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání i inovací ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ.

Na základě informací o předmětu veřejné zakázky, jak z hlediska účelu použití, včetně jeho určení k plnění vědeckých, výzkumných a pedagogických vysoce odborných úkolů a dále způsobu a místa jeho výroby a prodejní distribuce včetně předpokládané dopravy do místa plnění předmětu veřejné zakázky, vyhodnotil zadavatel aplikaci § 6 odst. 4 ZZVZ v rovině naplnění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci této veřejné zakázky:

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami **společensky odpovědného veřejného zadávání**. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ přistoupil k aplikaci zásady **environmentálně odpovědného zadávání**, tím že stanovil předmětem veřejné zakázky přístroj, který nejenže splňuje požadavky zadavatele na plnění vědeckých, výzkumných a pedagogických vysoce odborných úkolů, ale dále zohledňuje i požadavky na co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí například tím, že požaduje kompaktní přístroj s nízkou spotřebou energií a vody (energie bude konzumována pouze při používání stroje uživatelem, požadujeme maloobjemové odpadní a promývací nádoby). Stroj nebude neuvolňovat znečišťující látky do ovzduší a půdy.

Zadavatel posoudil předmět veřejné zakázky a údaje uvedené v zadávací dokumentaci a dále zvážil důvody pro uplatnění **inovací** dle § 6 odst. 4 ZZVZ, a to též s ohledem na smysl a povahu veřejné zakázky a tržního prostředí. Požadujeme stroj vyrobený a disponující moderní technologií za ekonomicky přijatelné náklady, kterým prozatím naše instituce nedisponuje.

14 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

- Účastník je povinen v nabídce určit části veřejné zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
- Vybraný dodavatel je dále povinen předložit identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele nebo od uzavření smlouvy v případech, kdy se oznámení o výběru nezasílá.
- Zadavatel **nepřipouští varianty** nabídek.
- Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
- U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zadavatel podle § 122 odst. 8 písm. a) ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 5 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
- Zadavatel upozorňuje, že dle § 122 odst. 6 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
 - a) **ke sdělení identifikačních údajů všech osob**, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a
 - b) **k předložení dokladů**, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

10

V Liberci dne 10. 10. 2023

Za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

Přílohy:

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Čestné prohlášení nahrazující doklady o kvalifikaci

příloha č. 3 - Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím

příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů